

**[1] EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG**

[2] Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU

[3] EU-Baumusterprüfbescheinigung Nummer **IBExU20ATEX1103 X** | Ausgabe 0

[4] Produkt: **Ultraschall-Messgerät**
Typ: 831-Abc

[5] Hersteller: **FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH**

[6] Anschrift: **Boxberger Straße 4
12681 Berlin
DEUTSCHLAND**

[7] Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Bescheinigung sowie den darin aufgeführten Unterlagen festgelegt.

[8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in Übereinstimmung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bestätigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen aus Anhang II der Richtlinie erfüllt.

Die Untersuchungs- und Prüfergebnisse werden in dem vertraulichen Prüfbericht IB-18-3-0114 festgehalten.

[9] Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in Übereinstimmung mit folgenden Normen gewährleistet:

EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014

Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

[10] Ein „X“ hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen Bedingungen für die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten sind.

[11] Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die Konzeption und den Bau des angegebenen Produktes. Für den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Bescheinigung.

[12] Die Kennzeichnung des Produktes muss Folgendes beinhalten:

Typ: 831-ANN:	Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb	Ex II 2D Ex tb IIIC T100 °C Db
Typ: 831-AA1:	Ex II 2G Ex db eb ia IIC T6 Gb	Ex II 2D Ex tb ia IIIC T100 °C Db
Typ: 831-AA2:	Ex II (1)2G Ex db eb ia [ia] IIC T6 Gb	Ex II (1)2D Ex tb ia [ia] IIIC T100 °C Db
Typ: 831-AA3:	Ex II (1)2G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb	Ex II (1)2D Ex tb [ia] IIIC T100 °C Db

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg, GERMANY

Tel.: +49 (0)3731 3805-0
Fax: +49 (0)3731 3805-10

Im Auftrag

Dipl.-Ing. Willamowski



Bescheinigungen ohne Siegel und Unterschrift haben keine Gültigkeit. Bescheinigungen dürfen nur vollständig und unverändert vervielfältigt werden.

Freiberg, 20.05.2021

[13]

Anlage

[14]

Bescheinigung Nummer IBExU20ATEX1103 X | Ausgabe 0

[15] **Beschreibung des Produkts**

[16] Das Ultraschall-Messgerät Typ 831-Abc dient zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit von Medien (Gase oder Flüssigkeiten) in Rohrleitungen. Es besteht aus einem druckfesten Gehäuse mit Elektronikbaugruppe und Ex-e-Anschlussraum sowie einem weiteren Ex-e-Anschlussgehäuse zum Anschluss der separat zugelassenen Schallsensoren.

Beim Typ 831-AAc sind verschiedene Signaleingänge und Signalausgänge in der Zündschutzart Ex ia ausgeführt.

Für die Gruppe IIIC wird der Schutz durch die Zündschutzart Ex tb gewährleistet.

Technische Daten:

- Umgebungstemperaturbereich: -40 °C bis +60 °C
- IP-Schutzart nach EN 60529: IP66
- Nennspannung (Typ 831-ANN): 100...230 V AC, 11...16 V DC, 20...32 V DC
- Nennspannung (Typ 831-AAc): 11...16 V DC, 20...32 V DC
- Leistungsaufnahme: max. 15 W

Signalausgänge Zündschutzart Ex eb (Typ 831-ANN):

- Strom aktiv und passiv
- Frequenz
- Puls
- Binär

Signaleingänge Zündschutzart Ex eb (Typ 831-ANN):

- Strom aktiv und passiv
- Temperatur

Communication interfaces Zündschutzart Ex eb (Typ 831-ANN):

- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- HART
- RS485
- Profibus PA
- Foundation Fieldbus
- M-Bus
- USB (nur für Verwendung außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche)

Signalausgänge Zündschutzart Ex ia (Typen 831-AA1 und 831-AA2):

- Strom passiv
- Puls
- Binary
- Frequenz, alle:
 - o $U_m = 120 \text{ V}$
 - o $L_i = 50 \text{ nH}$
 - o $C_i = 1 \text{ nF}$

		oder	oder	oder
U_i	27 V	28 V	29 V	30 V
I_i	115 mA	107 mA	100 mA	93 mA
P_i	776 mW	749 mW	725 mW	698 mW

Signaleingänge Zündschutzart Ex ia (Typen 831-AA2 und 831-AA3):

- Strom
 - o $U_m = 120 \text{ V}$
 - o $U_o = 29,2 \text{ V}$
 - o $I_o = 88 \text{ mA}$
 - o $P_o = 640 \text{ mW}$
 - o $C_o = 73 \text{ nF}$
 - o $L_o = 4,1 \text{ mH}$
- Temperatur
 - o $U_m = 120 \text{ V}$
 - o $U_o = 9,2 \text{ V}$
 - o $I_o = 25 \text{ mA}$
 - o $P_o = 57 \text{ mW}$
 - o $C_o = 4283 \text{ nF}$
 - o $L_o = 57 \text{ mH}$

Signal Kommunikationsinterfaces Zündschutzart Ex ia (Typen 831-AA1 und 831-AA2):

- Foundation Fieldbus
- Profibus PA, alle:
 - o $U_m = 120 \text{ V}$
 - o $L_i = \text{vernachlässigbar niedrig}$
 - o $C_i = \text{vernachlässigbar niedrig}$

Gruppe	IIC	IIB
U_i	24 V	17.5 V
I_i	250 mA	380 mA
P_i	1500 mW	1663 mW

oder FISCO

- HART:
 - o $U_m = 120 \text{ V}$
 - o $L_i = 50 \text{ nH}$
 - o $C_i = 1 \text{ nF}$

		oder	oder	oder
U_i	27 V	28 V	29 V	30 V
I_i	115 mA	107 mA	100 mA	93 mA
P_i	776 mW	749 mW	725 mW	698 mW

[17] Prüfbericht

Die Prüfergebnisse sind im vertraulichen Prüfbericht IB-18-3-0114 vom 20.05.2021 festgehalten.
Die Prüfunterlagen sind Teil des Prüfberichts und werden darin aufgelistet.

Zusammenfassung der Prüfergebnisse

Das Ultraschall-Messgerät Typ 831-ANN genügt den Anforderungen des Explosionsschutzes für Geräte der Gruppe II, Kategorie 2G in Zündschutzart druckfeste Kapselung „db“ und erhöhte Sicherheit „eb“ sowie Kategorie 2D in Zündschutzart Staubexplosionsschutz durch Gehäuse „tb“.

Das Ultraschall-Messgerät Typ 831-AAC genügt den Anforderungen des Explosionsschutzes für Geräte der Gruppe II, Kategorie 2G in Zündschutzart druckfeste Kapselung „db“ und erhöhte Sicherheit „eb“ in Verbindung mit Eigensicherheit „ia“ sowie Kategorie 2D in Zündschutzart Staubexplosionsschutz durch Gehäuse „tb“ in Verbindung mit Eigensicherheit „ia“.

[18] Besondere Bedingungen für die Verwendung

- Das Ultraschall-Messgerät Typ 831-Abc kann in einem erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis $+60 \text{ °C}$ verwendet werden.

- Eine Reparatur an den zünddurchschlagsicheren Spalten darf nur entsprechend konstruktiver Vorgaben des Herstellers erfolgen. Die Reparatur entsprechend den Werten der Tabellen 2 und 3 der EN 60079-1 ist nicht zulässig.

[19] Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Zusätzlich zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den Anwendungsbereich der unter Punkt [9] genannten Normen fallen, wird Folgendes für dieses Produkt als relevant angesehen und die Konformität wird im Prüfbericht dargelegt:

- nicht zutreffend -

[20] Zeichnungen und Unterlagen

Die Dokumente sind im Prüfbericht aufgelistet.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg, GERMANY

Im Auftrag

Dipl.-Ing. Willamowski

Freiberg, 20.05.2021