

PRÜFBESCHEINIGUNG

Die IBEXU[®] Institut für Sicherheitstechnik GmbH hat nachfolgende Prüfung als fachkompetentes Unternehmen auf dem Gebiet des Explosionsschutzes durchgeführt.

HerstellerFLEXIM Flexible Industriemess-
technik GmbH**Anschrift**Boxberger Straße 4
12681 Berlin | Deutschland**Produkt**

Messumformer

**Produktprüfung erfolgte
experimentell nach**

EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

Prüfbericht

IB-21-8-0068 vom 09.09.2021

Prüfergebnis

IP65	*608 (alle Typen)
IP66	F501 (alle Typen), F502 (alle Typen), *706 (alle Typen), *721 (alle Typen), *722 (alle Typen), ADM 8027 (alle Typen), *800 (alle Typen), ADM 8127 (alle Typen), *801 (alle Typen), *808 (alle Typen), *809 (alle Typen), *831 (alle Typen)
IP66 ¹⁾	*704 (alle Typen), *705 (alle Typen), Adapter *A608A2
IP66 ¹⁾ , IP67	Junction Box JB** (alle Typen)
IPX7 ¹⁾	F401 (alle Typen)

1) Die Prüfungen der gekennzeichneten Messumformer wurden nicht von IBEXU durchgeführt, sondern die Ergebnisse wurden aus Prüfberichten und Zertifikaten der Firmen AUCOTEAM GmbH, Physikalisch-Technische Bundesanstalt und FM Approvals LLC. übernommen.

Datum der Ausstellung

23.09.2022

Nummer der Bescheinigung

2204

Ausgestellt von

IBEXU[®] Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg | Germany

Hinweis 1: Die Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Bescheinigungen dürfen nur vollständig und unverändert vervielfältigt werden.

Hinweis 2: Diese Prüfbescheinigung ist nicht zu verwechseln mit einer Bescheinigung im rechtlich geregelten Bereich und darf von dessen Inhaber nicht irreführend oder in unzulässiger Weise verwendet werden.